

Pasientbrosjyre

CERAMENT G

Hva er CERAMENT G?

CERAMENT G er et syntetisk bensubstitutt som inneholder kalsiumsulfat (60 %), hydroksylapatitt (40 %), natriumklorid (5 mg/mL masse) og gentamicinsulfat. CERAMENT G leverer 17,5 mg gentamicin/ mL masse.

Hva brukes CERAMENT G til?

CERAMENT G brukes til pasienter med benhulrom/-defekt for å fylle benhulrommet/-defekten som støtte for bentilheling og forebygging av infeksjon.

Hvordan virker CERAMENT G?

CERAMENT G resorberes og remodelles i nytt ben innen 6–12 måneder etter implantering. Gentamicinet bidrar til å hindre kolonisering.

Kreves det særlig oppfølging eller overvåking hvis du har CERAMENT G implantert?

Ingen ytterligere kirurgisk behandling eller overvåking er nødvendig.

Du vil ha rutinemessige oppfølgingstimer etter kirurgien.

Betyr gentamicinet i CERAMENT G at jeg ikke trenger å bruke antibiotika separat?

Nei. Hvis du har fått skrevet ut antibiotika etter kirurgien, må du ta dem, for gentamicinet i CERAMENT G erstatter ikke behovet for oral eller intravenøs antibiotika.

Bivirkninger

Implantering av CERAMENT G innebærer de samme risikoer som er forbundet med enhver operasjon, dvs. infeksjon, smerter, bloduttredelser, hevelse og blødning på operasjonsstedet.

Hvis CERAMENT G ble brukt i nærheten av et ledd, kan det forårsake betennelse (rødhet, hevelse, smerter) i leddet.

I bløtvev kan CERAMENT G forårsake en betennelsesreaksjon (rødhet, hevelse, smerter).

I sjeldne tilfeller kan CERAMENT G føre til ansamling av væske eller væske som lekker fra såret, som er hvitt i farge. Denne «hvite sårdrainasjen» opphører i de fleste tilfeller innen to–tre uker uten ytterligere behandling. Søk legehjelp hvis du opplever noen av disse symptomene.

Bruker du andre legemidler?

Si fra til kirurgen hvis du bruker, nylig har brukt eller kanskje skal bruke andre legemidler.



BONESUPPORT AB
Scheelevägen 19
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

A0579-01 rev 04 no